

Fluke FTPL-1 Fused Test Probe Set with Test Leads



Principales fonctions

- Fusibles intégrés pour une protection renforcée lors des mesures, 1 000 V, 11 A avec capacité de coupure de 20 kA
- Référence Fluke du fusible 803293
- Les sondes permettent d'indiquer la tension même avec un fusible grillé.*
- Les pointes de sondes filetées de 2 mm comportent des contacts à ressorts amovibles de 4 mm et des capuchons isolés amovibles pour accéder à des cordons très rapprochés.
- Les cordons TL224 ont un connecteur à angle droit à une extrémité et un connecteur droit à l'autre avec soulagement de traction renforcé. Le fil à isolation silicone de 1,5 mètre résiste au chaud et au froid.
- Température de fonctionnement : -20 °C à 50 °C (-5 °F à 120 °F)
- CAT III 1 000 V ; CAT IV 600 V, certification 10 A.
- Garantie 1 an

*Les relevés de tension avec un fusible grillé sont approximatifs et varient selon l'impédance du multimètre. Avant et après chaque mesure, vérifiez la présence d'un fusible grillé en contrôlant la continuité de la sonde de test à fusibles. Le mode de mesure du courant ne fonctionne pas avec un fusible grillé.

Présentation du produit: Fluke FTPL-1 Fused Test Probe Set with Test Leads

Le kit de sondes de test à fusibles SureGrip et cordons de mesure contient des fusibles intégrés remplaçables pour une protection renforcée lors des mesures.

Si le fusible de la sonde venait à griller, ces sondes de test à fusibles permettent toujours au multimètre d'indiquer la tension

afin d'éviter des erreurs de lecture faisant croire à une absence de tension. Ces sondes modulaires sont fournies avec des cordons de mesure en silicone Fluke TL224. Calibrées sur CAT III 1000 V, ces sondes sont dotées de protections de point amovibles pour réduire l'exposition des pointes de sondes.

Modèles



Fluke FTPL 1

Fused Test Probe Set with Test Leads

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Corporation
PO Box 9090, Everett, WA 98206 U.S.A.

En savoir plus:
U.S.A. (800) 443-5853
Canada (800) 36-FLUKE
Autre +1 (425) 446-5500
www.fluke.com/fr-ca

©2022 Fluke Corporation. Tous droits réservés.
Informations modifiables sans préavis.
01/2022

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**